

Исследование метрологических параметров спектрометра излучения человека СКГ-АТ1316А для измерения Со-60 в легких взрослого человека

Гузов В.Д., Жуковский А.И., Кожемякин В.А., Нахайчук О.А., Кутень С.А., Хрущинский А.А.

УП «АТОМТЕХ», г. Минск, Республика Беларусь НИИ ЯП БГУ, г. Минск, Республика Беларусь



Спектрометр излучения человека СКГ-АТ1316А



1 – основание; 2 – мягкие элементы сиденья и спинки; 3 – защита БД;
4 – БДКГ-10 - интеллектуальный спектрометрический сцинтилляционный блок детектирования на основе неорганического кристалла Nal(Tl) размерами Ø 150 х 100 мм; 5 – стальной каркас с низкофоновой защитой.





1 – детектор Nal(Tl); 2 – корпус БДКГ-10; 3 – ФЭУ, 4 – делитель напряжения; 5 – электронные узлы устройства обработки и усилителя; 6 – разъем



Фантом легких взрослого человека ФЛ-03Т в составе унифицированного фантома всего тела человека УФ-02Т



 1 - фантом легких взрослого человека ФЛ-03Т;
2 - унифицированный фантом всего тела человека УФ-02Т;
3 - ОМАСН на основе радионуклида ⁶⁰Со;
4 - блок детектирования γ-излучения БДКГ-10 в защите.







а) Вид спереди б) Вид сверху Общий вид ФЛ-03Т (а) с размещенным в нем стандартным образцом (б)



Стандартный образец фантома ФЛ-03Т в виде правого и левого легких взрослого человека



a)



б)



Геометрия измерения	Положение источника относительно центра входного окна блока детектирования, <i>r</i> , см	Коэффициент чувствительности, 10 ⁻² имп/(с·Бк)		
		Энергетический интервал		
		70-1090	1090-1400	1400-1700
УФ-02Т (Ф4) + ФЛ-03Т + ОМАСН (⁶⁰ Со)	- 10	5,90	1,85	0,04
УФ-02Т (Ф4) + ФЛ-03Т + ОМАСН (⁶⁰ Со)	0	9,11	2,97	0,02
УФ-02Т (Ф4) + ФЛ-03Т + ОМАСН (⁶⁰ Со)	+ 10	5,66	2,24	0,03









3 – математическая модель легких человека; 4, 5 – математическая модель СИЧ (4 – защита БД (свинец); 5 – кристалл БДКГ-10 Nal(TI)).











1. На основе экспериментальных данных установлена зависимость чувствительности спектрометра СКГ-АТ1316А от положения фантома легких с объемным источником.

2. На основе данных экспериментальных исследований фоновых характеристик реализован учет анатомических особенностей человека в виде функциональной зависимости фонового спектра от его антропометрических характеристик.

3. Совместное использование экспериментальных данных и данных математического моделирования методом Монте-Карло позволило создать математическую модель устройства детектирования СИЧ, конструкции спектрометра в целом, фантома всего тела и легких человека, а также математическую модель самих легких.

4. Данные достижения позволили рассчитать функции отклика к интересующим радионуклидам и получить зависимости эффективности регистрации от энергии гамма-излучения в заданных геометриях.



Адреса и телефоны:



220005, Республика Беларусь Г. Минск, ул. Гикало, 5 тел.: +375-17-292-81-42 тел. / факс: +375-17-292-81-42, 288-29-88

info@atomtex.com

